

Liste des consommables

RASC^{MD} Pronto^{MD}

Guide de référence rapide



Pour commander: Veuillez communiquer avec HLS Service à la clientèle au 1-866-669-2313 Courriel: HLS-CSR@innomar-strategies.com



Bandelettes d'analyse

HLS # 80301202

Bandelette d'analyse RASC^{MD} Pronto^{MD} à usage unique

Format – 1 boîte = 50 unités



ATH-CHECK LIQUIDE DE CONTRÔLE DE QUALITÉ (CAT. #ATHCK001)

HLS # 80301208

Liquide de contrôle de qualité trois niveaux à usages multiples pour la mesure des globules blancs et neutrophiles (%) pour vérifier l'adéquation du dispositif RASC^{MD} Pronto^{MD} et des bandelettes

Format – 1 boîte = 3 bouteilles (pour niveau bas-moyen-élevé)



Bandelette de contrôle automatique

HLS # 80301207

Bandelette de contrôle automatique réutilisable destinée à vérifier le fonctionnement du RASC^{MD} Pronto^{MD}

Format – À l'unité seulement

Pour commander: Veuillez communiquer avec le RASC^{MD} au 1-800-267-2726 Courriel: csan@hlstherapeutics.com



Tige de nettoyage optique

HLS # 80301205

Tige de nettoyage optique RASC^{MD} Pronto^{MD} à usage unique (pour nettoyer les pièces d'optique du RASC^{MD} Pronto^{MD})

Format – À l'unité seulement



Adaptateur d'alimentation

HLS # 80301204

Adaptateur d'alimentation RASC^{MD} Pronto^{MD} (pour mettre en marche le dispositif RASC^{MD} Pronto^{MD} et le brancher dans la prise de courant)

Format – À l'unité seulement



HLS Therapeutics®

HLS Therapeutics Inc.
10 Carlson Court, Suite 701
Etobicoke, Ontario
M9W 6L2
www.hlstherapeutics.com

CLOZARIL, RASC et RASC Portail de soins aux patients et sa conception sont des marques déposées de Novartis AG. Pronto est une marque déposée de HLS Therapeutics Inc. Tous droits réservés. © 2021 HLS Therapeutics Inc.
Novembre 2021

MLR CA-CP-00005-Fre

